

# SPITALUL ORASENESC BUHUSI

Oras Buhusi, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 699 din 05. 10. 2015. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.  
Certificat I.S.O. 9001/studii clinice N.C. 56336/A/0001/UK/Ro Acreditat A.N.M.C.S. N.C.  
Certificat ISO 22000. N.C. 56336/A/0002/UK/Ro Operator de date Nr.notificare. 17475  
Tel: 0234-262220 - centrala; Tel/Fax: 0234-261560 - secretariat;  
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; site. www.spitalbuhusi.ro



Nr. 4064 din 06.04.2016

Avertisment !

Acest document conține informații și date care sunt proprietatea Spitalului Orasenesc Buhusi, reproducerea și difuzarea lor sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

Exemplarul.....

## PROCEDURA PRIVIND PRESTERILIZAREA RECIPIENTELOR DIN STICLA ( barbotoare, sticla pentru apa sterila utilizata la dilutia antisepticelor )

|   |            |
|---|------------|
| Elaborat. As.med.pr.Ciobanu Laura   |            |
| Data. 04.04.2016  | Semnatura. |
| Verificat. Dir. Medical. Rotaru Hilda.  |            |
| Data. 06.04.2016  | Semnatura. |
| Verificat pentru conformitate. Birou calitate.  |            |
| Data. 06.04.2016  | Semnatura. |
| Aprobat. Manager. Dr. Toron Mouhannad.  |            |
| Data. 06.04.2016  | Semnatura. |
| Diseminare. Catre compartimentul Chirurgie, compartiment ATI, Bloc Operator, cabinete chirurgie, ORL, obs-ginecologie din cadrul ambulatoriului integrat ,Int.de zi medico-chirurgicale, CPU. |            |
| Aplicare. De catre asistenti medicali de pe compartimentele specificate din cadrul S.O.B.   |            |

CONSTANTIN POIANA  
MANAGER  
DE CALITATE



| Editia/<br>Revizia | Componenta<br>revizuită | Descrierea modificarii | Data de la care se aplică<br>prevederile ediției / reviziei |
|--------------------|-------------------------|------------------------|---|
| Ediția I           | x                       |                        | 15.04.2016  |
| Revizia 1          |                         |                        |   |
| Revizia 2          |                         |                        |   |
| Revizia 3          |                         |                        |   |

*Revizia acestei proceduri se face tinand cont de rezultatele implementarii, indicatorilor de monitorizare de structura, de proces, rezultatelor obtinute, modificari legislative, modificari de circuite, reorganizari interne, etc.*  
*Revizia nu este obligatorie decat daca se indeplinesc cel puțin unul dintre criteriile sus mentionate.*

### Scop.

Scopul acestei proceduri este de a efectua corect operatiunea de presterilizare a recipientelor din sticla in vederea sterilizarii lor la autoclav.

### Definitii .

Presterilizarea este o etapa preliminara obligatorie, permanenta si sistematica ce se aplica tuturor dispozitivelor medicale si materialelor ce urmeaza a fi supuse unui process de sterilizare standardizat.

Spitalul Orasenesc Buhusi.



SPITALUL OR. BUHUSI  
BIROU CALITATE

Biroul de calitate.

1

### Documente de referinta.

Ordinul MS nr. 261 din 2007 privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

### Descrierea procedurii.

Schimbarea sticlei se realizeaza zilnic(dimineata),folosindu-se ca solutie de umplere, apa sterila (adusa de la Blocul Operator pe baza de semnatura)  
Se vor utiliza numai sticle sterilizate la autoclav.

Pregatirea recipientelor pentru sterilizare cuprinde urmatoarele etape:

- -curățare/decontaminare (predezinfecție), cu cele 2 subetape
- -clătire
- -dezinfecție
- -clătire
- -uscare
- -impachetare

1.Curatarea\Decontaminarea se realizeaza in 2 subetape:

-faza de pretratament realizata prin imersia recipientelor in solutie de detergent- dezinfectant (surfanios citron 0.25%-15 min)

-faza de curatare care completeaza faza de pretratament,ce reduce incarcatura microbiana initiala. Această fază realizează îndepărtarea germenilor patogeni prezenți în proporție de până la 95-98% și evitarea transmiterii lor altor bolnavi, personalului medico-sanitar, sau mediului de spital. Doar un obiect bine curățat va putea fi sterilizat, în termen absolut.

2.Clatire

3.Dezinfecția recipientelor completează curățarea (decontaminarea) și se realizeaza prin imersia in dezinfectant(Glutex) –timp actiune 20 min

4.Clatire riguroasa la jet de apa

5.Uscare cu prosop de hartie

6.Impachetare

-recipientele vor fi asezate in casolete perforate cu colier pentru sterilizarea la autoclav sau se vor aseza in cutii de transport si ,ambala ulterior, in hartii speciale in cadrul Comp. Sterilizare.

7.Transportul catre Comp.de Sterilizare se face conform circuitelor stabilite in cadrul Spitalului Orasenesc Buhusi.

Personalul care efectueaza toate aceste operatiuni, va respecta **Precautiunile Universale** (echipament de protectie adecvat:manusi,masca cu ochelari ,halat sau sort de unica folosinta)

### Responsabilitati.


Asistentul medical de tura din cadrul comp. +as.med. de tura din comp.Sterilizare

### Anexe\ Inscrisuri.

Nu este cazul

### Motivarea elaborarii.

Aceasta procedura a fost elaborata pentru a veni in sprijinul asistentilor medicali din sectoarele cu specific chirurgical din cadrul S.O.B.



Distribuire documentatie pentru  
**PROCEDURA PRIVIND PRESTERILIZAREA RECIPIENTELOR DIN STICLA**  
 ( barbotoare, sticla pentru apa sterila utilizata la dilutia antisepticelor )

|    | Exemplarul<br>0 se gaseste<br>la. | Data<br>difuzarii | Numarul<br>ex,<br>difuzat | Sectia/<br>compartimentul unde<br>a fost difuzat | Cine a primit<br>exemplarul. | Cod/ nr<br>inregistrare |
|----|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| 1  | S.M.C.                            | 06.04.2016        | 1                         | Cab. Amb.chirurgie                               | Cautisanu C.                 | 4064/6.04.2016          |
| 2  |                                   |                   |                           | CPU  | Barjoveanu M.                | —                       |
| 3  |                                   |                   |                           | Int de zi medico-chir                            | Buculei A.                   | —                       |
| 4. |                                   |                   |                           | Bloc Operator                                    | Poiana L.                    | —                       |
| 5. |                                   |                   |                           | Chirurgie  | Schiopu M.                   | —                       |
| 6. |                                   |                   |                           | Cab ORL  | Butnariu G.                  | —                       |
| 7. |                                   |                   |                           | Cab. Obs-Ginecologie                             | Tiron M.                     | —                       |

8. AT-1 Baciu C.

Tabel luare la cunostinta/ instruire de catre personal

Data 8.04.2016

|    | Nume / prenume | Funcția.     | Semnatura.  |
|----|----------------|--------------|-------------|
| 1  | Cautisanu C.   | As.med.pr.   | [Signature] |
| 2  | Barjoveanu M.  | As.med.pr.   | [Signature] |
| 3  | Buculei A.     | As.med.      | [Signature] |
| 4  | Poiana L.      | As. med. pr. | [Signature] |
| 5. | Schiopu M      | As.med.pr    | [Signature] |
| 6. | Butnariu G.    | As.med.pr.   | [Signature] |
| 7. | Tiron M.       | As.med.pr.   | [Signature] |

Data la care urmeaza sa fie efectuata testarea.personalului.  
 8. Baciu C.

10.04.2016  
 As.med.pr.

Tabel testare personal

Data testarii 10.04. Cine a efectuat testarea As.med.pr.coord.calitate Ciobanu Laura

|    | Nume / prenume | B. | S. | Ns. | Semnatura   |
|----|----------------|----|----|-----|-------------|
| 1  | Cautisanu C.   | x  |    |     | [Signature] |
| 2  | Barjoveanu M.  | x  |    |     | [Signature] |
| 3  | Buculei A.     | x  |    |     | [Signature] |
| 4. | Poiana L.      | x  |    |     | [Signature] |
| 5. | Schiopu M.     | x  |    |     | [Signature] |
| 6. | Butnariu G.    | X  |    |     | [Signature] |
| 7. | Tiron M.       | x  |    |     | [Signature] |

8. Baciu C.

x



Biroul de calitate.

**Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru procedura privind presterilizarea recipientelor din sticla .**

| Indicatori de monitorizare ai rezultatelor  | Analiza rezultatelor implementarii |                |                |                |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Analiza 1 data                     | Analiza 2 data | Analiza 3 data | Analiza 4 data |
| <b>Indicatori de structura.</b><br>Personal<br>(medici, asistente medicale, infirmiere, alte categorii de personal)   |                                    |                |                |                |
| <b>Indicatori de proces.</b><br>Echipamente<br>Materiale sanitare<br>Materiale de curatenie<br>Biocide  |                                    |                |                |                |
| <b>Indicatori de rezultat .</b><br>Eficienta ingrijirilor<br>Eficienta manevrelor medicale<br>Cresterea calitatii serviciilor medicale<br>Cresterea calitatii serviciilor hoteliere |                                    |                |                |                |



SPITALUL OR. BUHUSI  
BIROU CALITATE

Biroul de calitate.

Spitalul Orasenesc Buhusi.