


SPITALUL ORASENESC BUHUSI

Buhusi, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 699 din 05. 10. 2015. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.
 Certificat I.S.O. 9001/studii clinice N.C. 56336/A/0001/UK/Ro Acreditat A.N.M.C.S.. ORDIN 235/ 30.12.2015
 Certificat ISO 22000. N.C. 56336/A/0002/UK/Ro Operator de date Nr.notificare. 17475
 Tel: 0234-262220 - centrala; Tel/Fax: 0234-261560 - secretariat;
 e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; site: www.spitalbuhusi.ro



Nr. 7113 din 11.07.2016

Avertisment ! Acest document conține informații și date care sunt proprietatea Spitalului Orasenesc Buhusi, reproducerea și difuzarea lor sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

Exemplarul nr.....

PROCEDURA DE UTILIZARE RELY+ON VIRKON

Elaborat: CPCIN	Dr. Badita Iulia	<i>[Signature]</i>
Data: 11.07.2016	Semnatura	As. Munteanu Beatrice
Verificat: Dir. Medical Rotaru Hilda	<i>[Signature]</i>	
Data: 12.07.2016	Semnatura	
Verificat pentru conformitate. Birou calitate.	<i>[Signature]</i>	CONSTANTIN POIANA MANAGER DE CALITATE
Data: 12.07.2016	Semnatura	
Aprobat: Manager Dr. Toron Mouhannad	<i>[Signature]</i>	
Data: 12.07.2016	Semnatura	
Diseminare: Catre toate sectiile/compartimentele Spitalului Orasenesc Buhusi		
Aplicare: De catre personalul responsabil cu dezinfectia si curatenia din cadrul Spitalului Orasenesc Buhusi		



Ediția/Revizia	Componenta revizuită	Descrierea modificării	Data de la care se aplică prevederile ediției / reviziei
Ediția 1	X		15.07.2016
Revizia 1			
Revizia 2			
Revizia 3			

Revizia acestei proceduri se face tinand cont de rezultatele implementarii, indicatorilor de monitorizare de structura, de proces, rezultatelor obtinute, modificari legislative, modificari de circuite, reorganizari interne, etc.

Revizia nu este obligatorie decat daca se indeplinesc cel putin unul dintre criteriile sus mentionate.

Scop:


Utilizarea corecta a produsului dezinfectant de nivel inalt Rely+On Virkon.

Definitii:

Dezinfectia este procedura de distrugere a microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafete (inclusiv tegumente), utilizandu-se agenti fizici si/sau chimici.

Documente de referinta:


Ord. M.S. 261/2007.



Biroul de calitate.

Distribuire documentatie procedura de utilizare rely+on virkon

	Exemplarul 0 se gaseste la	Data difuzarii	Numarul ex. difuzat	Sectia/ compartimentul unde a fost difuzat	Cine a primit exemplarul	Cod/ nr inregistrare
1	S.M.C.	12.07.2016		Pediatrie	Ciobanu M.	7/13
2				Med. Interna	Balaceanu G.	
3				Boli Cronice	Mihalache G.	
4				Neurologie	Varlan E.	
5				Bloc Operator	Poiana L.	
6				Internari de o zi	Buculei Alex.	
7				Chirurgie	Schiopu M.	
8				ATI	Baciu C.	
9				CPU	Barjovanu M.	
10				Ambulatoriu	Peptine G.	
11				Boli Infectioase	Botezatu E.	
12				Psihiatrie Cr.	Cenusa A.	
13				Lab.Analize	Caprioara A.	
14				Lab. Radiologie	Mihaila M.	
15				Lab.Anat.Pat.	Fecioru L.	
16				Disp. TB.	Petrea M.	
17				Bloc Alimentar	Lazar M.	
18				Farmacie	Merlusca M.	



Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru procedura de utilizare rely+on virkon

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor	Analiza rezultatelor implementarii			
	Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
Indicatori de structura Personal <i>(medici, asistente medicale, infirmiere, alte categorii de personal)</i>				
Indicatori de proces Echipamente Materiale sanitare Materiale de curatenie Biocide				
Indicatori de rezultat Eficienta ingrijirilor Eficienta manevrelor medicale Cresterea calitatii serviciilor medicale Cresterea calitatii serviciilor hoteliere				

