SPITALUL ORASENESC BUHUSI
Oras Buhuşi, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 831 din 26. 07. 2016. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.
Certificat I.S.O. 9001/studii clinice N.C. 56336/A/0001/UK/Ro Acreditat A.N.M.C.S.. ORDIN 235/ 30.12.2015
Certificat ISO 22000. N.C. 56336/A/0002/UK/Ro Operator de date Nr.notificare. 17475
Tel: 0234-262220 – centrala; Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com ; site. www.spitalbuhusi.ro

Nr.10683 din 21. 10. 2016

Avertisment ! *Acest document conţine informaţii şi date care sunt proprietatea **Spitalului Orasenesc Buhusi**, reproducerea si difuzarea lor sunt in exclusivitate dreptul spitalului.*

Exemplarul nr.....

PROCEDURA PRIVIND DEZINFECTIA DE NIVEL INALT PENTRU INSTRUMENTARUL CARE NU SUPORTA AUTOCLAVAREA -conform ord. M.S. 961 din 2016-

Elaborat: CPCIN Dr. Badita Iulia As.Pelin Camelia As.Munteanu Beatrice **Data:** 21.10.2016 **Semnatura**
Verificat: Dir. Medical Rotaru Hilda **Data:** 21.10.2016 **Semnatura**
Verificat pentru conformitate. Birou calitate **Data:** 21.10.2016 **Semnatura**
Aprobat: Manager Dr. Toron Mouhannad **Data:** 21.10.2016 **Semnatura**
Diseminare: In toate sectiile si compartimentele Spitalului Orasenesc Buhusi
Aplicare: De catre toate asistentele din sectiile/compartimentele Spitalului Orasenesc Buhusi

Editia/ Revizia	Componenta revizuită	Descrierea modificarii	Data de la care se aplică prevederile ediţiei / reviziei
Ediţia I			2809/17.04.2014
Revizia 1	X	Adaugare scop, definitii,responsabilitati,actualizare conform ord.961/2016	27.10.2016
Revizia 2			
Revizia 3			

Revizia acestei proceduri se face tinand cont de rezultatele implementarii, indicatorilor de monitorizare de structura, de proces, rezultatelor obtinute, modificari legislative, modificari de circuite, reorganizari interne, etc.
Revizia nu este obligatorie decat daca se indeplinesc cel putin unul dintre criteriile sus mentionate.

Scop:

Dezinfectia de nivel inalt pentru instrumentarul care nu suporta autoclavarea conform normelor in vigoare.

Definitii:

Dezinfectie - procedura de distrugere a majoritatii microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafete (inclusiv tegumente), utilizandu-se agenţi fizici si/sau chimici;

Produsele biocide utilizate în domeniul medical pentru dezinfectie (tip de produs 1 si 2) sunt produse care contin substante active.

Spitalul Orasenesc Buhusi.

Biroul de calitate

Dispozitivele medicale utilizate în procedura de dezinfectie sunt reprezentate de accesorii specifice utilizate în acest scop. Acestea fac parte din clasa IIa şi IIb.

Dezinfectie de nivel inalt - procedura de dezinfectie prin care se realizeaza distrugerea bacteriilor în formă vegetativa, fungilor, virusurilor, micobacteriilor şi a majorităţii sporilor bacterieni; această formă de dezinfectie se poate aplica şi dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, şi care nu suportă autoclavarea;

Documente de referinta:

Ordinul M.S. 961 din 2016

Descrierea procedurii:

In functie de eficacitate, de timpul de contact si de concentratia utilizata, nivelurile de dezinfectie sunt:

a) dezinfectie de nivel inalt;
b) dezinfectie de nivel intermediar;
c) dezinfectie de nivel scazut.

Este obligatorie respectarea concentratiilor si a timpului de contact specificate in avizul produsului.

Etapele dezinfectiei de tip inalt aplicate instrumentarului care nu suporta autoclavarea sunt:

a) dezinfectie, cel puţin de nivel mediu;
b) curatare;
c) dezinfectie de tip inalt prin imersie;
d) clatire cu apa sterila.

Solutia chimica utilizata pentru dezinfectia inalta a instrumentarului care nu suporta autoclavarea se va folosi maximum 48 de ore sau 30 de cicluri de la preparare, cu conditia mentinerii in cuve cu capac.

In cazul solutiilor pentru care producatorul indica mai mult de 30 de cicluri de dezinfectie sau un termen de valabilitate mai mare de 48 de ore, după expirarea termenelor de valabilitate precizate, este obligatorie testarea concentratiei solutiei cu benzi indicatoare speciale la inceputul fiecarei proceduri.

Procedurile de dezinfectie inalta a dispozitivelor medicale termosensibile sunt inregistrate intr-un registru special, denumit Registrul de dezinfectie inalta a instrumentarului, in care se completeaza urmatoarele date:

a) produsul utilizat şi concentratia de lucru;
b) data şi ora prepararii solutiei de lucru;
c) ora inceperii fiecarei proceduri (ciclu) de dezinfectie;
d) lista dispozitivelor medicale imersate la fiecare procedura;
e) ora incheierii fiecarei proceduri;
f) testarea cu bandelete a valabilitatii solutiei, dacă a fost efectuata;
g) numele şi semnatura persoanei responsabile de efectuarea procedurii.

Dupa finalizarea etapelor de dezinfectie de nivel inalt, instrumentarul/ echipamentele se ambaleaza in pungi autosigilante pe care se trece data efectuarii dezinfectiei. Dupa efectuarea testelor de sanitatie pe instrumentele/echipamentele astfel dezinfectate,s-a stabilit ca termenul de valabilitate pentru instrumentarul/echipamentul astfel dezinfectat si ambalat este de 14 de zile.

MINISTERUL SANATATII - PRIMARIA ORASULUI BUHUSI
SPITALUL ORĂSĂNESC BUHUSI
ROMÂNIA
SPITALUL OR. BUHUŞI BIROU CALITATE

Responsabilitati:

Asistentele medicale din cadrul sectiilor/compartimentelor Spitalului Orasenesc Buhusi

Anexe Inscrisuri:

Nu este cazul.

Motivarea elaborarii:

Respectarea ord. M.S. 961 din 2016 privind dezinfectia de nivel inalt a instrumentarului care nu suporta autoclavarea.

Distribuire documentatie Procedura privind dezinfectia de nivel inalt pentru instrumentarul care nu suporta autoclavarea- conform ord. 961 din 2016

	Exemplarul 0 se gaseste la.	Data difuzarii	Numarul ex. difuzat	Sectia/ compartimentul unde a fost difuzat	Cine a primit exemplarul	Cod/ nr inregistrare
1	S.M.C.	24.10.2016		Pediatrie	Ciobanu M.	10683
2				Med. Interna	Balaceanu G.	
3				Boli Cronice	Mihalache G.	
4				Neurologie	Fermus D.	
5				Bloc Operator	Poiana L.	
6				Internari de o zi	Buculei Alex.	
7				Chirurgie	Schiopu M.	
8				ATI	Baciu C.	
9				CPU	Barjovanu M.	
10				Ambulatoriu	Peptine G.	
11				Boli Infectioase	Botezatu E.	
12				Psihiatrie Cr.	Diaconu M.	
13				Lab.Analize	Bran M.	
14				Ingr. Paliative	Apostol C.	

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI SPITALUL ORĂȘĂNESC BUHUȘI ROMÂNIA

SPITALUL OR. BUHUȘI BIROU CALITATE

Tabel luare la cunostinta/ instruire de catre/ a personalului pentru procedura privind dezinfectia de nivel inalt pentru instrumentarul care nu suporta autoclavarea-conform ord. M.S. 961 din 2016 24.10.2016

	Nume / prenume	Functia	Semnatura
1	Ciobanu Mihaela-Pediatrie	Asist.coordonator	
2	Balaceanu Gabriela-Med.Interna	Asist sef	
3	Mihalache Geanina-Boli Cronice	Asist. coordonator	
4	Fermus Delia-Neurologie	Asist. coordonator	
5	Poiana Liliana-Bloc Operator	Asist. coordonator	
6	Buculei Alexandru-Internari de o zi	Asist. coordonator	
7	Schiopu Monica-Chirurgie	Asist. coordonator	
8	Moisi Ana-Maria-ATI	Asist. coordonator	
9	Barjovanu Mihaela-CPU	Asist. coordonator	
10	Peptine Gabriela-Ambulatoriu	Asist. coordonator	
11	Botezatu Elena-Boli Infectioase	Asist. coordonator	
12	Diaconu Mirela-Psihiatrie Cr.	Asist. sef	
13	Bran Marinica-Lab.Analize	Asist. coordonator	
14	Apostol Cristina Claudia	Asist. coordonator	

Data la care urmeaza sa fie efectuata testarea.personalului.....26.10.2016.....

Data testarii.26.10.2016..... Cine a efectuat testarea A. PEPIN C A. MUNTEANU S

	Nume / prenume	B.	S.	Ns.	Semnatura
1	Ciobanu Mihaela-Pediatrie	X			
2	Balaceanu Gabriela-Med.Interna	X			
3	Mihalache Gianina-Boli Cronice	X			
4	Fermus Delia-Neurologie	X			
5	Poiana Liliana-Bloc Operator	X			
6	Buculei Alexandru-Internari de o zi	X			
7	Schiopu Monica-Chirurgie	X			
8	Moisi Ana-Maria-ATI	X			
9	Barjovanu Mihaela-CPU	X			
10	Peptine Gabriela-Ambulatoriu	X			
11	Botezatu Elena-Boli Infectioase	X			
12	Diaconu Mirela-Psihiatrie Cr.	X			
13	Bran Marinica-Lab.Analize	X			
14	Apostol Cristina Claudia	X			

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI SPITALUL ORĂȘĂNESC BUHUȘI ROMÂNIA

SPITALUL OR. BUHUȘI BIROU CALITATE

Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru procedura privind dezinfectia de nivel inalt pentru instrumentarul care nu suporta autoclavarea-conform ord. M.S. 961 din 2016

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor	**Analiza rezultatelor implementarii**			
	Analiza 1 data	**Analiza 2 data**	**Analiza 3 data**	**Analiza 4 data**
Indicatori de structura **Personal** (*medici, asistente medicale, infirmiere, alte categorii de personal)*				
Indicatori de proces Echipamente Materiale sanitare Materiale de curatenie Biocide				
Indicatori de rezultat Eficienta ingrijirilor Eficienta manevrelor medicale Cresterea calitatii serviciilor medicale Cresterea calitatii serviciilor hoteliere				

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI
SPITALUL ORĂȘĂNESC BUHUȘI
ROMÂNIA

SPITALUL OR. BUHUȘI
BIROU CALITATE