

# SPITALUL ORĂŞENESC BUHUŞI

Oras Buhuși, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 925 din 19. 04. 2017. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.  
Accreditat A.N.M.C.S.. ORDIN 235/ 30.12.2015. Operator de date Nr-notificare. 17475  
Tel: 0234-262220 - centrala. Tel/Fax: 0234-261560 - secretariat;  
e-mail: spitalbuhusi@gmail.com. site. www.spitalbuhusi.ro



I.S.O. 9001/ studii clinice  
N.C. 56336/A/001/UK/Ro

I.S.O. 22000  
N.C. 56336/A/0002/UK/Ro

O.H.S.A.S. 18001  
N.C. 56336/B/0001/UK/Ro


Nr... 77/18 ...din... 07.08 ...2017.

**Avvertiment:** Acest document conține informații și date care sunt proprietatea Spitalului Orăşenesc Buhuși.  
Reproducerea și difuzarea sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

## PROCEDURA DE UTILIZARE A ASPIRATORULUI DE SECRETII L190-GRCE

PROCEDURA	Operationala	X	De sistem
<b>COD STRUCTURĂ</b>			
<b>NUMĂR PROCEDURĂ</b>			
<b>DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT</b>			
<b>COD PROCEDURĂ PO.BO.04 MC</b>	Medico-chirurgicale	X	Nemedical
<b>EXEMPLARUL nr.</b>			

Elaborat. As.Bloc Op. POIANA Liliانا C.C.T CIUPERCA Teodora	Data. 04.08.2017	Semnatura. <i>[Signature]</i>
Verificat. Dir. Medical. ROTARU Hilda.	Data. 04.08.2017	Semnatura. <i>[Signature]</i>
Verificat pentru conformitate reprezentant birou calitate.	Data. 07.08.2017	Semnatura. CONSILIANTĂ MANAGER DE CALITATE
Aprobat. Manager. Dr. TORON Mouhannad.	Data. 07.08.2017	Semnatura. <i>[Signature]</i>
Diseminare. Catre Bloc Operator Chirurgie		
Aplicare. De catre personalul de la Bloc Operator		



Ediția/ Revizia	Componenta revizuită	Descrierea modificării	Data de la care se aplică prevederile ediției / reviziei
Ediția I	X		09.08.2017
Revizia 1			
Revizia 2			
Revizia 3			

**Revizia acestei proceduri se face tinand cont de rezultatele implementarii, indicatorilor de monitorizare de structura, de proces, rezultatelor obtinute, modificari legislative, modificari de circuite, reorganizari interne, etc.**

**Revizia nu este obligatorie decat daca se indeplinesc cel puțin unul dintre criteriile sus mentionate.**

### Scop.

Efectuarea corecta a aspirarii secretiilor in timpul interventiilor chirurgicale



Spitalul Orăşenesc Buhuși.

Biroul de calitate. 1



## **Definitii .**

Unitate de aspirare portabila este conceputa pentru efectuarea unor operatiuni de aspirare generala.

## **Documente de referinta.**

Ordin M.S. 961/ 2016

## **Descrierea procedurii.**

Containerul de colectare:

- inchideti bine capacul recipientului
- verificati daca garnitura capsulei este bine pozitionata in capac si daca aceasta asigura etansarea
- cuplati tubul de aspiratie la conectorul de furtun la 90 grade de la capsula marcata,,Pacient”
- Curatarea recipientului:
  - scoateti cablu de alimentare
  - aruncati lichidul de drenaj din recipient (conform normelor in vigoare)
  - clatiti recipientul si capacul acestuia intr-o solutie cu detergent dezinfectant concentrat recomadata de producator, spalati toate componentele, clatiti cu apa din abundenta,
  - imersati in solutie pentru dezinfectie de nivel inalt concentratia si timpul recomandat de producator, clatiti cu apa sterila, uscati, impachetati in punga cu autolipire, notati in registru si pe ambalaj data dezinfectiei.

## **Responsabilitati.**


Personalul de la Bloc Operator

## **Anexe Inscrisuri.**

Registru dezinfectie de nivel inalt pentru echipamente medicale

## **Motivarea elaborarii.**

Reglementarea efectuarii corecte a curatarea si dezinfectiei aspiratorului de secretii de catre personalul din blocul operator chirurgie.



Distribuire documentație pentru procedura de utilizare a aspiratorului de secreții L190-GRCE

Data difuzării	Nr. ex, difuzat. Ex o se gasește la S.M.C.	Sectia/ compartimentul unde a fost difuzat	Cine a primit exemplarul.
07.08.2017	1	Bloc Operator	Oprea Cristina

Tabel luare la cunostință/ instruire de către/ a personalului pentru procedura de utilizare a aspiratorului de secreții

Data. 08.08.2017

	Nume / prenume	Funcția.	Semnatura.
1	Oprea Cristina	As. med.pr.	<i>[Signature]</i>
2	Simion Florentina	Infirmiera	<i>[Signature]</i>

Data la care urmeaza sa fie efectuata testarea.personalului 09.08.2017

Tabel testare personal

Data testarii. 09.08.2017 Cine a efectuat testarea As.Poiana Liliana

	Nume / prenume	B.	S.	Ns.	Semnatura
1	Oprea Cristina	X			<i>[Signature]</i>
2	Simion Florentina	X			<i>[Signature]</i>



Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru procedura de utilizare a aspiratorului de secreții L190-GRCE

Indicatorii de monitorizare		Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
Indicatorii de structura. Personal (medici, asistente medicale, infirmiere, alte categorii de personal)					
Indicatorii de proces. Echipamente Materiale sanitare Materiale de curatenie Biocide					
Indicatorii de rezultat . Eficienta ingrijirilor Eficienta manevrelor medicale Cresterea calitatii serviciilor medicale Cresterea calitatii serviciilor hoteliere					

Spitalul Orasenesc Buhusi.



Biroul de calitate.

